

林州市人民医院 X 射线计算机体层摄影设备维保服务项目

单一来源采购征求意见公示

一、项目信息

1. 采购人：林州市人民医院
2. 项目名称：林州市人民医院 X 射线计算机体层摄影设备维保服务项目
3. 拟采购的货物或服务的说明：X 射线计算机体层摄影设备维保服务
4. 拟采购的货物或服务的预算金额：1040000.00 元/年
5. 合同履行期限（服务期）：3 年
6. 采用单一来源采购方式的原因及说明：

林州市人民医院于 2022 年购置 X 射线计算机体层摄影设备两台，品牌及型号为 GE（通用电气）Optima CT620，原保修期含维保服务两年，该服务即将到期。为确保设备正常运行，保障设备使用寿命及安全性，拟通过单一来源方式采购维保服务供应商；本项目维保服务包括其中一台设备的全保服务、另外一台设备技术保修服务。

本项目拟定供应商为河南豪义医疗科技有限公司，主要原因为：（1）X 射线计算机体层摄影设备全保服务包含设备核心配件，涉及球管、探测器工作站等，上述核心配件不可任意更改和更换，以避免因此而引发的设备安全性和有效性失效。只有具有原厂生产、并且与主机注册类型一致的核心配件，方能作为合格产品使用。目前上述设备核心配件，其他品牌型号无法替代使用，在市场上具有唯一性，故应使用原厂或原厂授权销售产品。（2）河南豪义医疗科技有限公司为通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司在河南的授权经销商，授权内容包括保修服务合同、零配件、线圈、球管、后处理工作站、现场软件及硬件升级，维保人员及技术支持由原厂家提供，使用其保修能最大化的提高设备使用率，延长设备使用寿命，最大程度的保障设备的正常使用。

依据法规：《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式采购：（一）只能从唯一供应商处采购的；”、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条规定“政府采购法第三十一条第一项规定的情形，是指因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购”。鉴于以上情况，拟采用单一来源方式采购。

二、拟定供应商信息:

名称: 河南豪义医疗科技有限公司

地址: 郑州高新技术产业开发区科学大道 89 号 4 幢 B 单元 23 层 636、637 号

三、专业人员论证意见 (不少于三名行业技术专家)

专家姓名	工作单位	职务 (职称)	论证意见
梁玉芳	林州市财政局	中级	见专家论证意见附件
郭立新	林州市妇幼保健院	正高	见专家论证意见附件
范玉亮	林州市职业教育中心	中级	见专家论证意见附件

四、公示期限

2024 年 3 月 26 日 8 时 00 分至 2024 年 4 月 1 日 17 时 30 分 (北京时间, 法定节假日除外。)

五、异议反馈时限

2024 年 3 月 26 日 8 时 00 分至 2024 年 4 月 1 日 17 时 30 分 (北京时间, 法定节假日除外。)

六、其他补充事宜:

供应商、单位或者个人对采用单一来源采购方式公示有异议的, 可以在公示期内将书面意见反馈给采购人、采购代理机构。

七、联系方式

1. 采购人信息

名 称: 林州市人民医院

地 址: 林州市红旗渠大道与王相路交叉口西南角

联系人: 连贺

联系方式: 13503973186

2. 采购代理机构信息

名 称: 河南德泓工程管理咨询有限公司

地 址: 林州市红旗渠大道东段中房国际 2727 室

联系人: 宋丽

联系方式: 13837250626

2024 年 3 月 25 日